

Bydgoszcz, dn. 28.09.2018 r.

**Protokół z kontroli serologicznej przeprowadzonej w ramach nadzoru merytorycznego  
dnia 12.09.2018 r. przez mgr Beatę Barabasz  
w Pracowni Serologii Laboratorium Analitycznego  
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.**

Pracownia Serologii działa jako wydzielona pracownia wchodząca w skład medycznego laboratorium diagnostycznego połączona z bankiem krwi.

W pracowni jest zatrudnionych: 2 diagnostów laboratoryjnych ( dodatkowo 1 diagnosta laboratoryjny pełni tylko dyżury) oraz 5 techników medycznych. Diagnosty posiadają uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań i autoryzacji wyników. Technicy medyczni posiadają uprawnienia do wykonywania badań.

Zakres wykonywanych badań obejmuje: określanie grupy krwi ABO i RhD, przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych w teście PTA, próbę zgodności krwi, badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny anti-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego RhD.

Badania wykonywane są metodami manualnymi, przy użyciu odczynników z oznakowaniem CE.

Wykrywanie przeciwciał odpornościowych odbywa się przy użyciu testów mikrokolumnowych.

Liczba wykonywanych miesięcznie badań ( średnio ) wynosi:

- 303 oznaczenia gr. krwi (ABO, RhD, p/c)
- 33 próby zgodności.

Dokumentacja badań oraz stosowane druki skierowań i wyników badań są prawidłowe.

Pracownia bierze udział w programie zewnętrznej oceny jakości oraz prowadzona jest wewnętrzna kontrola jakości badań każdego pracownika.

Wyposażenie pracowni jest odpowiednie do zakresu wykonywanych badań i spełnia wymagania określone przepisami.

Zalecenia pokontrolne przekazane przy okazji poprzedniej kontroli z dnia 07.09.2016 r. nie zostały w pełni zrealizowane.

**Zalecenia:**

Ponownie zaleca się:

- weryfikację i aktualizację wszystkich obowiązujących procedur,
- wszystkie stosowane druki powinny stanowić załączniki do odpowiednich procedur.

Ponadto zaleca się:

- 1) Raz w roku szkolić personel z obowiązujących procedur, fakt ten dokumentować.
- 2) Wprowadzić druk wydania krwi do pilnej transfuzji.

**Spostrzeżenie:**

Rozważyć zakup nowych termometrów wzorcowych.

00792

mgr BEATA BARABASZ

DIAGNOSTA LABORATORYJNY  
specjalista laboratoryjnej  
transfuzjologii medycznej